

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **wyposażenia o zadanych parametrach technicznych** w projekcie badawczo-rozwojowym pn. „Wykorzystanie krenoterapii leczniczą wodą siarczkową w łagodzeniu objawów menopauzy” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2.

B. Specyfikacja parametrów technicznych wyposażenia

Przedmiot zamówienia:

Łóżko pneumatyczne do gabinetu 2 szt.

| Parametry techniczne łóżka pneumatycznego - wymagania minimum | Parametr wymagany |
|---|-----------------------------|
| Szerokość min. 65cm | TAK |
| Długość min. 200 cm | TAK |
| Wysokość ustawialna elektrycznie min. Od 50 cm do 100cm | TAK |
| Otwór na twarz w podgłówniku | TAK |
| Regulacja podgłównika min. Od -50 do 40 stopni nachylenia | TAK |
| Układ jezdny | TAK |
| Kolor ramy | Do ustalenia z zamawiającym |
| Kolor tapicerki | Do ustalenia z zamawiającym |

Taboret lekarski

| Parametry techniczne taboretu lekarskiego - wymagania minimum | Parametr wymagany |
|---|-----------------------------|
| Minimalna wysokość siedziska min – 59 cm | TAK |
| Maksymalna wysokość siedziska min 68 cm | TAK |
| Liczba kółek min 5 | TAK |
| Obciążenie min 140 kg | TAK |
| Kolor konstrukcji | Do ustalenia z zamawiającym |
| Kolor tapicerki | Do ustalenia z zamawiającym |

Szafa Medyczna

| Parametry techniczne Szafy medycznej - wymagania minimum | Parametr wymagany |
|--|-------------------|
| Szerokość szafy 80 cm | TAK |
| Wysokość min 185cm | TAK |
| Materiał wykończenia – lakierowany MDF kolor biały | TAK |
| Liczba półek 5 | TAK |
| 2 dolne półki zamykane drzwiczkami lakierowany MDF kolor biały | TAK |
| 3 górne półki zamykane drzwiczkami szklanymi mlecznymi | TAK |

....., dn.

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy